


LABORATOIRE BIOCHIMIE 	Instruction Ordre des tubes et Volume minimum nécessaire par prélèvement	INS-TC-39-v00 Date d'application : 19/04/2011 Page : 1/1
--	---	---

Ordre des tubes	
un tube sec en verre de 10 ml est toujours prélevé en premier pour éviter toute contamination puis le sang est réparti comme ci-dessous	
	
Volume par tube	
	

Ne jamais compléter le volume de sang à partir d'un prélèvement sur un autre anticoagulant = Prélèvement défectueux



Poste	Approbateur
Nom	
Signature	

LABORATOIRE BIOCHIMIE	Instruction	INS-TC-39-v00
	Ordre des tubes et Volume minimum nécessaire par prélèvement	<i>Date d'application : 19/04/2011</i> <i>Page : 2/1</i>